

		CERTIFICADO DE ANÁLISE			Nº do Certificado
					2203022
					16/03/2022
Código	Descrição				
GBPPCG	TSA- AGAR-20mL-PL				
Lote	Fabricação	Validade	Procedimento	Temperatura de Armazenagem	
2203022	11/03/2022	11/06/2022	POP.0001 CQ	2° a 25°C	
Composição:					
Formulação*		Concentração/L	Referências		
Pancreatic Digest of Casein		17,0 g	Farmacopeia Brasileira/USP/EP/JP/ISO		
Papaic Digest of Soybean		3,0 g			
Dextrose		2,5 g			
Sodium Chloride		5,0 g			
Dipotassium Phosphate		2,5 g			
Agar		15,0 g			
Especificação:					
Meio sólido, translúcido, com coloração levemente amarelada, homogêneo e livre de precipitados ou partículas visíveis.					
Análise:			Valor de Referência	Resultado	
pH:			7,3 ± 0,2	7,2	
Aparência:			Conforme especificação	Conforme	
Viabilidade:					
Bacillus subtilis ATCC 6.633 / 32,5 ± 2,5°C ≤ 3 dias.			Crescimento	Conforme	
Aspergillus brasiliensis ATCC 16.404 / 22,5 ± 2,5°C ≤ 5 dias.			Crescimento	Conforme	
Candida albicans ATCC 10.231/ 22,5 ± 2,5°C ≤ 5 dias.			Crescimento	Conforme	
Teste de esterilidade: 22,5 ± 2,5°C ≤ 5 dias / 32,5 ± 2,5°C ≤ 3 dias			Ausência de crescimento	Conforme	
Observações:					
Inóculo: ≤ 100 UFC (Unidade Formadora de Colônia).					
Referência: taxa de recuperação no teste de viabilidade acima de 70%. Tryptic Soy Agar (TSA) para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para fungos.					

Aprovado pelo Controle de Qualidade baseado nas análises realizadas conforme POP. 0001 CQ

Carlos Alberto Venancio da Cunha
Biólogo – CRBIO 112841/04D

Este certificado de análise foi emitido pelo responsável acima citado.

P&D BIOTECH FABRICAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

CNPJ 36.819.732/0001-55 - Insc. Estadual 003704444.00-61

Rua Dona Herculina, nº251, bairro Nossa Senhora do Carmo, Contagem, MG, CEP:32.015-640

pdlabbiotech@gmail.com / WhatsApp 31 98304-5301