



Código	Descrição				Nº do Certificado
S1AP1	Sabouraud Dextrose Agar – Placa 90x15mm				2207057
					01/08/2022
Lote	Fabricação	Validade		Procedimento	Temperatura de Armazenagem
2207057	27/07/2022	27/10/2022		POP-CQ004	2° a 12°C
Formulação		Concentração/L		Referências	
Peptic Digest of Animal Tissue		5 g		Farmacopeia Brasileira/USP/EP/JP/ISO	
Pancreatic Digest of Casein		5 g			
Dextrose		40 g			
Agar		15 g			
Análises:		Referência			Resultado
pH:		5,6 ± 0,2 a 25°C			5,6
Aparência física:		Sabouraud Dextrose agar deve parecer translúcido e de cor âmbar claro.			Conforme
Viabilidade:				Referência	Resultado
Organismo teste*	Incubação				
	Tempo	Temperatura	Atmosfera		
Candida albicans ATCC® 10231	24-48 horas	20-25°C	Aerobiose	Crescimento	Conforme
Candida albicans ATCC® 10231	24-48 horas	30-35°C	Aerobiose	Crescimento	Conforme
Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404	1-5 dias	20-25°C	Aerobiose	Crescimento	Conforme
Teste de esterilidade: 20-25°C por 5 dias				Ausência de crescimento	Conforme
Observações:					
Inóculo: ≤ 100 UFC (Unidade Formadora de Colônia).					
Referência: taxa de recuperação no teste de viabilidade acima de 70%. Tryptic Soy Agar (TSA) para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para fungos.					
* Testado de acordo com USP <61> e <62>.					

Aprovado pelo Controle de Qualidade baseado nas análises realizadas conforme POP-CQ004 CQ


CARLOS ALBERTO VENANCIO DA CUNHA
 BIÓLOGO – CRBIO 112841/04D|

Este certificado de análise foi emitido pelo responsável acima citado.