



Código	Descrição				Nº do Certificado
M13AP1	m-Green Yeast and Mold Agar – Placa 90x15mm				1907025
M13AP7	m-Green Yeast and Mold Agar – Placa 60x15mm				25/07/2022
Lote	Fabricação	Validade		Procedimento	Temperatura de Armazenagem
1907025	19/07/2022	19/10/2022		POP-CQ004	2° a 12°C
Formulação		Concentração/L	Referências		
Pancreatic Digest of Casein		5,0 g	Farmacopeia Brasileira/USP/EP/JP/ISO		
Peptic Digest of Animal Tissue		5,0 g			
Dextrose		50,0 g			
Yeast Extrac		9,0 g			
Magnesium Sulfate		2,1 g			
Monopotassium Phosphate		2,0 g			
Amylase		50,0 mg			
Thiamine		50,0 mg			
Bromcresol Green		26,0 mg			
Análises:		Referência			
pH:		4,6 ± 0,2 a 25°C			4,6
Aparência física:		m-Green Agar deve parecer claro a levemente turvo e de cor verde.			Conforme
Viabilidade:				Referência	Resultado
Organismo teste	Incubação				
	Tempo	Temperatura	Atmosfera		
Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404	24-48 horas	30-35°C	Aerobiose	Crescimento	Conforme
Saccharomyces cerevisiae ATCC® 9763	24-48 horas	30-35°C	Aerobiose	Crescimento	Conforme
Teste de esterilidade: 30-35°C por 48 horas				Ausência de crescimento	Conforme
Observações:					
Inóculo: ≤ 100 UFC (Unidade Formadora de Colônia).					
Referência: taxa de recuperação no teste de viabilidade acima de 70%. Tryptic Soy Agar (TSA) para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para fungos.					

Aprovado pelo Controle de Qualidade baseado nas análises realizadas conforme POP-CQ004 CQ


CARLOS ALBERTO VENANCIO DA CUNHA
BIÓLOGO – CRBIO 112841/04D

Este certificado de análise foi emitido pelo responsável acima citado.