



Código	Descrição				Nº do Certificado
T7AP1	Tryptone Glucose Extract Agar (TGE Agar) – Placa 90x15mm				1907024
T7AP7	Tryptone Glucose Extract Agar (TGE Agar) – Placa 60x15mm				25/07/2022
Lote	Fabricação	Validade		Procedimento	Temperatura de Armazenagem
1907024	19/07/2022	19/10/2022		POP-CQ004	2° a 12°C
Formulação		Concentração/L	Referências		
Pancreatic Digest of Casein		5,0 g	Farmacopeia Brasileira/USP/EP/JP/ISO		
Beef Extract		3,0 g			
Glucose		1,0 g			
Agar		15,0 g			
Análises:		Referência			Resultado
pH:		7,0 ± 0,2 a 25°C			7,0
Aparência física:		TGE Agar deve parecer claro a ligeiramente opalescente e de cor âmbar claro a médio.			Conforme
Viabilidade:				Referência	Resultado
Organismo teste	Incubação				
	Tempo	Temperatura	Atmosfera		
<i>Escherichia coli</i> ATCC ® 25922	24-48 horas	30-35°C	Aerobiose	Crescimento	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC ® 25923	24-48 horas	30-35°C	Aerobiose	Crescimento	Conforme
Teste de esterilidade: 30-35°C por 48 horas				Ausência de crescimento	Conforme
Observações:					
Inóculo: ≤ 100 UFC (Unidade Formadora de Colônia).					
Referência: taxa de recuperação no teste de viabilidade acima de 70%. Tryptic Soy Agar (TSA) para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para fungos.					

Observações:

Inóculo: ≤ 100 UFC (Unidade Formadora de Colônia).

Referência: taxa de recuperação no teste de viabilidade acima de 70%. Tryptic Soy Agar (TSA) para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para fungos.

Aprovado pelo Controle de Qualidade baseado nas análises realizadas conforme POP-CQ004 CQ


CARLOS ALBERTO VENANCIO DA CUNHA
BIÓLOGO – CRBIO 112841/04D

Este certificado de análise foi emitido pelo responsável acima citado.